


QUTTO SMART キュットスマート RQS-01ME

| 取扱説明書 |



このたびは Doctorair ME 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

Doctorair
M E

目次

はじめに

使いかた

その他

安全のために	3
本体外観と付属品	6
<hr/>	
キュットスマートを使用する	7
ご使用方法	8
使用上のご注意	9
<hr/>	
お手入れと保管について	10
主な仕様	12
保証規定	13

安全のために

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

警告・注意について

誤った取扱いをしたときに生じる危険や
損害の程度を区分し、説明しています。

 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。
 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

図記号の例

お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

 禁止	してはいけないこと。
 必ず守る	必ず行うこと。

警告


 禁止	<ul style="list-style-type: none">●自ら意思表示ができない方や身体の不自由な方には使用させない。(事故・ケガの原因)●本製品の最大適応体重は約120kgの為、耐荷重をオーバーして使用しない。(故障の原因)●乳幼児や小さなお子様に本製品を使用させたり、遊ばせたりしない。(事故・ケガの原因)●本体のカバーを故意に外したり、破れた状態で使用しない。(事故・ケガの原因)●不安定な場所では使用しない。(ケガ・破損の原因)●本体の上に立ったり、踏み台にしたり、背もたれに腰掛けない。(ケガ・破損の原因)
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">●次の方は必ず医師とご相談の上、使用する。<ul style="list-style-type: none">・腰部ヘルニアや坐骨神経痛など腰や背中に疾患のある方・痔などの疾患のある方・妊娠中や妊娠の可能性がある方、出産直後の方・骨粗しょう症など、骨に異常のある方・脊椎の骨折、肉離れなど急性(とう痛性)疾患のある方・本品が触れる部分に、傷や湿疹、腫れもの、化膿性疾患や適度の日焼けなど、皮膚の異常がある方上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none">●勢いよく立ったり座ったりしない。(破損・ケガの原因)●同時に2人以上で使用しない。(破損・ケガの原因)
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">●次の注意事項を守って使用してください。事故やケガ、破損、汚れのおそれがあります。<ul style="list-style-type: none">・本品の上で立ち上がったり、本品を逆さにしたりして使用しない・故意に曲げない・使用したまま仰向けにならない・本来の用途目的以外では使用しない・高温の場所や火気の近くで使用しない・小さなお子様、ペットには使用させない・本品が破損していたり、生地が破れたりした状態では使用しない・分解や修理、改造などをしない・本品を移動するときは、持ち上げて運ぶ。引きずると床に傷がついたり破損したりする原因になる。また運ぶときには、落とさないように十分注意する・使用中に痛みやかゆみ、かぶれなど異常が現れたときには、使用を中止する。そのまま使用を続けると、症状が悪化する恐れがある・本品は摩擦により、他の物に色移りしたり、シミができたりするおそれがある。特に衣服などが濡れているときは、色移りしやすい為、使用しない。・床材やたたみ、じゅうたんなどの材質によっては、傷がついたり、色が移つたりするおそれがある。マットやカーペットを敷いた上で本品を使用するなど注意する。

本体外観と付属品

本体



構造上、シワなどが発生することがあります、ご使用上問題ありません。

付属品



取扱説明書

キュットスマートを使用する

⚠ 注意



禁止

●次のような状況では使用しないでください。ケガや破損などのおそれがあります。

- ・座面が本品より小さい椅子や不安定な椅子
- ・座ると沈む椅子やソファ
- ・本品に座ったときに足が地面に着かない椅子
- ・車や電車、飛行機など乗り物の座席
- ・マッサージチェア、ロッキングチェア、傷みが激しい椅子、厚みのあるクッションなどの上



必ず守る

●床で使用する場合は、後ろに倒れないように注意する。

●フローリングや畳、ソファなどの材質によっては傷がついたり、色が移ったりするおそれがある。傷防止用の敷物などを挟んでください。

●下記のような場所に設置して使用する。

- ・オフィスチェア
- ・ダイニングチェア
- ・座面が固く、沈み込みにくいソファ
- ・フローリングや畳の上


ご使用方法

ご使用の目安

・使いはじめは15分を目安に短い時間からお試しください。

- 1** 本品の背もたれが椅子の背もたれにつく
ように置きます。


座面が本品より小さい椅子や乗り物の座
席など、不安定になる場所では使用しない
でください。



- 2** 本品座面の両サイドを支えながら、深く腰
かけます。



本品と座面との間に手を挟まないようご
注意ください。

着用している衣服の材質によっては、若干
滑りを感じる場合があります。



おすすめの姿勢

膝の角度が90度になるよう
に足の裏をしっかり床につ
けて座ってください。



使用上のご注意

- ・ 使用中に痛み、かゆみ、かぶれなどの異常が現れたときは使用を中止してください。そのまま使用を続けると、症状が悪化するおそれがあります。
- ・ 長時間の同じ座り姿勢は、静脈血栓塞栓(エコノミークラス症候群)の発症リスクを高めます。1時間に一度は身体を軽く動かしてください。
- ・ 本品は摩擦により、他のものに色移りしたり、シミができたりするおそれがあります。特に衣服などが濡れているときは、色移りしやすいので使用しないでください。
- ・ 生地をはがさないでください。
- ・ 腰回りにアクセサリーをつけたまま使用しないでください。突起物などにより生地が傷ついたり、裂けたりするおそれがあります。
- ・ 本品は継続して使用することで、身体とのなじみにより、形状が若干変化することがあります。不良ではありません。

お手入れと保管について

お手入れについて

- ・カバーの取り外しはできません。ファスナーを開けて中身を出さないでください。
- ・汚れた場合は、以下の方法でお手入れしてください。

水で濡らして固く絞ったタオルなどの布で、優しく叩くように汚れを拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

それでも汚れが落ちない場合は、以下の方法でお手入れしてください。

1. 水で薄めた中性洗剤(約4%程度)を柔らかい布に浸し、かるく絞ってから、汚れを叩くように拭き取ってください。その後に水に浸した柔らかい布で洗剤を拭き取り自然乾燥をさせてください。

ご注意

- ・本品は丸洗いできません。
- ・濡れた場合は、乾いた布で軽く叩いて水分を吸い取ってください。
- ・汚れは長時間経過すると取れなくなる場合がありますので、早めにお手入れしてください。
- ・中性洗剤以外の洗剤や除菌・消臭プレー、衣類・布製品用消臭剤を使用しないでください。シミになるおそれがあります。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどでは拭かないでください。変形や変色の原因になります。
- ・ドライヤーやファンヒーターなどの温風を直接当てないでください。変形や破損の原因になります。

保管について

- 高温・多湿の場所(浴室、車内など)を避け、直接日光の当たらないところで保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所での保管はおやめください。
- 本品の上に物を置いた状態で保管しないでください。

廃棄する場合は

各自治体が指定している廃棄方法に従ってください。

長期使用にともない、本品に傷や亀裂が入った場合は使用を中止して廃棄してください。

主な仕様

販売名	キュットスマート
型番	RQS-01 ME
耐荷重	約120kg
外形寸法	約 W377mm×H385mm×D401mm
質量	約2.1kg
材質	クッション材：ウレタンフォーム 構造部材：金属(鋼) 張り材：ポリエステル
付属品	取扱説明書
生産国	中国

保証規定

本製品は、初期不良品のみ無償交換対応をさせていただきます。
初期不良品と確認出来た場合、初期不良品の返品を確認後、新品の商品
と交換させていただきます。(返品・交換送料は弊社負担)
初期不良は、ご購入日(商品到着日)より30日間とさせていただきます。
また、交換の際は、お買い上げ店名、お買い上げ日が記載された証明書
(レシート、領収書など)が必要となります。
本製品の修理は行っておりませんので、予めご了承ください。



ドクターエア

ドクターエアお客様相談窓口

0120-05-8000

10時～18時 年中無休(年末年始除く)

| 製造販売元 | 株式会社ドリームファクトリー
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1-12-17 JRE 梅田スクエアビル 16 階

